2008年　4月 17日(新様式第1版)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出番号 13B1X00005000162

機械器具 (25) 医療用鏡
一般医療機器　双眼ルーペ　JMDNコード 32692000

セイラー　ルーペ

【形状・構造及び原理等】
1．形状

		作業距離 (mm)		
		Short 340	Regular 420	Long 500
倍率	2.5 X	S ×2.5	R ×2.5	L ×2.5
	3.0 X	S ×3.0	R ×3.0	L ×3.0
	3.5 X	S ×3.5	R ×3.5	L ×3.5

2．原材料
拡大鏡：ガラス、プラスチック樹脂
ゴーグル：プラスチック樹脂

【使用目的、効能又は効果】
外科処置時に術者が装着する眼鏡に取り付けられたレンズから成るシステム。小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大像が得られる。観察野に直接光を供給する外部光源と接続することもできる。

【品目仕様等】
倍　　率：2.5、3.0及び3.5倍
作業距離：340、420及び500 ㎜

【操作方法又は使用方法等】
詳細は取扱説明書等を参照すること。以下に概要を示す。
1．使用方法
①拡大鏡部が30～45度下へ向くようにヒンジを調節する。
②ルーペを装着し、ヘッドストラップをかける。
③眼幅調節ネジを回して、視野が明瞭な一つの円形になるように眼幅を調整する。
④焦点の合う距離を確認する。

【使用上の注意】
詳細は取扱説明書等を参照すること。
①本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
②使用者の視力等により焦点が異なることがあります。
③必ずヘッドストラップを使用すること。
④水や洗浄液、滅菌液等へ浸漬しないこと。
⑤レンズに直接クリーナーを吹き付けないこと。
⑥本品は耐熱性ではありません。滅菌等で加熱しないこと。
⑦グルタルアルデヒドを含む製品を使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係わる事項】
詳細は取扱説明書等を参照すること。
①レンズ部はレンズクリーナーや70%イソプロパノールで湿らせたやわらかい布で清掃すること。
②清掃の際に本体に過剰の液体がかからないようにすること。
③レンズクリーナーか70%イソプロパノール以外は使用しないこと。

【包装】
1台

(オプション)
LEDライト

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
製造販売元：株式会社ヨシダ
住　　所：〒110-8507
東京都台東区上野7-6-9

お問い合せ先
器材営業本部
電話番号：03-3845-2931
ＦＡＸ番号：03-3841-8204

製　造　元：セイラー社
Seiler Instrument & Manufacturing Company, Inc.
(国名：アメリカ合衆国ミズーリ州)

取扱説明書等を必ずご参照ください。